



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

IMA Automation Amberg GmbH  
Meditec Montagezelle  
**Report No. IM 0811-467**

DUPLIKAT

### Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

#### IMA Automation Amberg GmbH

Wernher-von-Braun-Strasse 5  
D-92224 Amberg

das Fraunhofer IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer IM 0811-467 vergeben wurde.

Die IMA Meditec Montagezelle ist geeignet, um in Reinräumen der Luftreinheitsklasse 6 gemäß DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [www.ipa-qualification.com](http://www.ipa-qualification.com).

Stuttgart, den 22. Januar 2009

i. A.   
Unterschrift



**Fraunhofer** Institut  
Produktionstechnik und  
Automatisierung